



171412340674

江西省贝源检测技术有限公司

检测报告

Testing Report

委托单位: 鄱阳县绿色东方再生能源有限公司

项目类别: 废水

检测类型: 委托送检

报告日期: 2023 年 10 月 09 日

江西省贝源检测技术有限公司



报 告 声 明

- 1、本公司保证检测的科学性、公正性和准确性，对检测数据负检测技术责任，并对委托单位提供的样品和技术资料保密。
- 2、本公司的送样程序按照有关环境监测技术规范和本公司的程序文件及作业指导书执行。
- 3、报告无签发人签名，或涂改，或未盖“CMA 标识、骑缝章、检验检测专用章”均无效。
- 4、委托送样的检测数据和结果仅对来样负责；委托送样的样品信息和资料的真实性，本公司不承担任何相关责任。
- 5、对本报告若有疑问，请向报告室查询，来函来电请注明报告编号。对检测结果若有异议，请于收到本报告之日起十个工作日内向报告室提出复检申请。对于性能不稳定的样品，恕不受理复检。
- 6、未经本公司书面批准，不得部分复制本报告，本报告复印件未加盖本公司公章无效。

本机构通讯资料：

单位：江西省贝源检测技术有限公司

地址：江西省上饶经济技术开发区兴业大道合创汇信息科技园 5 号楼

邮箱：baogao@bytest.jx.cn

电话：0793-8698768

邮编：334100

一、检测说明

受鄱阳县绿色东方再生能源有限公司委托，对该单位送样的废水进行检测。

二、单位概况

单位名称：鄱阳县绿色东方再生能源有限公司

单位地址：江西省上饶市鄱阳县游城乡

联系人：陈涛

联系电话：19967309259

三、检测内容

1. 检测项目见表 1。

表 1 检测项目一览表

项目类别	样品原标识	样品编号	检测项目
废水	雨水排口	FS202309229001	pH 值、化学需氧量、氨氮、铅、砷、汞、镉、总铬、悬浮物

2. 检测方法、使用仪器及方法检出限见表 2。

表 2 检测方法、使用仪器及检出限一览表

项目类别	检测项目	检测方法	使用仪器	方法检出限
废水	pH 值	水质 pH 值的测定 电极法 (HJ 1147-2020)	酸度计 PHS-3C/ JX-BY(a)-07	—
	化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 (HJ 828-2017)	滴定管	4mg/L
	氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 (HJ 535-2009)	紫外-可见分光光度计 752N/JX-BY(a)-13	0.025mg/L
	汞	水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 (HJ 694-2014)	原子荧光光度计 AFS-8530/ JX-BY(a)-24	0.04μg/L
	总铬	水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 (HJ 700-2014)	电感耦合等离子体质谱仪 NexIon1000/ JX-BY(a)-23	0.11μg/L
	镉			0.05μg/L
	铅			0.09μg/L
	砷			0.12μg/L
悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 (GB/T 11901-1989)	万分之一天平 ME104E/02/ JX-BY(a)-14	4mg/L	

四、检测人员和时间

表3 检测人员和时间

采样人员	——	采样时间	——
分析人员	肖瑶、毛钰芬、苏芬芬、钱焘、 陈萍丽	分析时间	2023.09.22~2023.09.28

五、检测结果

表 4 废水检测结果

项目类别	废水	检测类别	<input checked="" type="checkbox"/> 送检 <input type="checkbox"/> 委托抽/送样
送样人员	陈涛	送样时间	2023.09.22
样品性状	微黄、微臭、微浊。		
检 测 结 果			
检测项目	样品原标识及编号	雨水排口 FS202309229001	
pH 值, 无量纲		6.9	
化学需氧量, mg/L		11	
氨氮, mg/L		0.208	
汞, mg/L		4×10 ⁻⁵ L	
镉, mg/L		9.6×10 ⁻⁴	
总铬, mg/L		3.16×10 ⁻³	
砷, mg/L		0.0198	
铅, mg/L		0.0296	
悬浮物, mg/L		23	
备注：“L”表示检测结果低于方法检出限。			



——报告结束——

编制: 李少英 复核: 谢光旭 审核: 唐江 签发: 曲俊峰
 签名: *李少英* 签名: *谢光旭* 签名: *唐江* 签名: *曲俊峰*
 职务: 授权签字人
 日期: 2023年09月09日

